




DIPARTIMENTO
DI GEOSCIENZE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Rep. 25/2019 Prot. 1763 dell'11.11.2019 2019-III/13.8

Dipartimento di Geoscienze
Università degli Studi di Padova
via Gradenigo, 6
35131 Padova
tel +39 049 8279110
fax +39 049 8279111
CF 80006480281
P.IVA 00742430283

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

AI SENSI DELL'ART. 66 D.lgs. 50/2016 E IN ADEMPIMENTO ALLE LINEE GUIDA DELL'ANAC PER IL RICORSO A PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B) PUNTO 2 D.lgs. 50/2016, NEL CASO DI FORNITURE E SERVIZI RITENUTI INFUNGIBILI, FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI ESISTENZA DI ULTERIORI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISTO DI 1 PROFILOMETRO RUGOSIMETRO 2D e 3D PORTATILE – CONFOCALE A CROMATISMO ASSIALE

PREMESSO CHE

- è intenzione del Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 c. 2, lett. B), punto 2 del D. Lgs. N. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di **1 Profilometro 2D e 3D portatile**;
- Si specifica che il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova, in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato ha individuato la Società NANOVEA srl con sede a Rivalta di Torino (TO) Via Balegno n. 1 – C.F. e P.I. 11879850011, come unico fornitore dell'attrezzatura **1 Profilometro 2D e 3D portatile** con caratteristiche di esclusività ed unicità
- l'acquisto è necessario per poter eseguire le attività di ricerca previste dal Progetto UE HYPERION di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Claudio Mazzoli
- le caratteristiche tecniche minime della fornitura richieste dal Dipartimento di Geoscienze devono necessariamente essere quelle evidenziate nel documento allegato A

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti che possono presentare istanza

Requisito preliminare di partecipazione è l'iscrizione, o quantomeno avvenuta richiesta di registrazione, dell'Operatore Economico al Mercato Elettronico dell'Università di Padova nella categoria Forniture-Macchinari e Attrezzature Scientifiche – Strumentazione da

laboratorio – Profilometro ottico

(<https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/homepage>)

- Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016

E' ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse dei candidati per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

- Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016

Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nell'apposito registro se cooperativa, dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione di interesse;

Al momento il Dipartimento di Geoscienze ha individuato la Ditta NANOVEA srl come unico rivenditore esclusivo autorizzato.

Con il presente avviso questa amministrazione, in applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, intende eseguire una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire e selezionare tutte le informazioni e tutti gli elementi utili ad accertare che il prodotto richiesto risulti essere effettivamente l'unico presente sul mercato atto a soddisfare l'esigenza espressa dall'amministrazione, o se, diversamente dalla informazioni in suo possesso, vi sono altri operatori economici, oltre a quello individuato da questa Università, che possano effettuare la fornitura di 1 Profilometro 2D e 3D portatile con analoghe caratteristiche tecniche così come specificato nella scheda allegata.

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura al quale hanno espresso interesse.

Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. L'indagine di mercato è pubblicato su il sito di questo Ateneo <https://apex.cca.unipd/apex> sul sito del Dipartimento : <https://www.geoscienze.unipd.it> e sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GUUE e sul Portale del M.I.T. – Servizio contratti pubblici.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova ad avviare procedura di alcun tipo.

PRESENTAZIONE ISTANZA

Gli operatori economici che ritengano di produrre e o di commercializzare prodotti aventi caratteristiche identiche, simili o equivalenti allo strumento individuato e che soddisfano i requisiti tecnici di cui alla scheda tecnica allegata, dovranno far pervenire **entro e non oltre le ore 12 del giorno 26/11/2019** esclusivamente via PEC al seguente indirizzo dipartimento.geoscienze@pec.unipd.it la documentazione di seguito riportata:

- a) Manifestazione di interesse sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, nel caso la manifestazione sia firmata in modalità analogica, corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- b) Scheda tecnica del prodotto;
- c) Dichiarazione esplicita e dettagliata attestante l'equivalenza funzionale e prestazionale del prodotto offerto.

Non saranno ritenute valide manifestazione di interesse incomplete o parziali o pervenute oltre il sopracitato termine.

I dati personali saranno trattati ai soli fini della presente procedura e degli atti connessi e conseguenti al presente, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE del 27/04/2016 n. 679 (GDPR).

Per qualsiasi informazione amministrativa rivolgersi alla Sig.ra Nordio Michela email michela.nordio@unipd.it tel. 049 8279109; per informazioni tecniche rivolgersi al Prof. Claudio Mazzoli claudio.mazzoli@unipd.it tel. 049 8279144

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Prof. Fabrizio Nestola)

IL DIRETTORE
(PROF. F. NESTOLA)



Allegati:

- Allegato A (caratteristiche tecniche)
- Allegato B (Modello istanza)



ALLEGATO A

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 Profilometro Rugosimetro 2D e 3D portatile PER IL DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA.
CIG

CARATTERISTICHE TECNICHE

2. Caratteristiche tecniche minime della fornitura

Le caratteristiche tecniche indicate nel presente articolo rappresentano i requisiti tecnici minimi che il “Sistema” deve possedere a pena di esclusione. Tutta la strumentazione ed i materiali della presente fornitura dovranno essere delle migliori qualità nelle loro rispettive specie, senza difetti, originali e nuovi di fabbrica, completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento e al soddisfacimento delle specifiche richieste.

Il profilometro- rugosimetro 2D e 3D deve possedere le seguenti caratteristiche:

- Essere basato su tecnologia non a contatto, utilizzando un sistema confocale a cromatismo assiale in grado di garantire misurazioni rapide senza movimentazione dell’asse Z;
- Essere portatile, con capacità di utilizzo in esterno, anche senza alimentazione dalla rete elettrica. Deve quindi essere dotato di batterie, di cavi di collegamento sufficientemente lunghi da garantire il mantenimento dell’unità di controllo in luogo sicuro, anche ad una certa distanza dalla testa di misura, e collegato a computer portatile dedicato, che includa software di acquisizione e di analisi dei dati;
- L’unità di controllo deve essere in grado di effettuare acquisizioni fino a 2kHz;
- Capacità di effettuare scansioni lineari o areali di dimensione fino a 25 mm x 25 mm, ottenute per scansione della penna ottica montata su un supporto ad assi X-Y motorizzati con possibilità di regolare in modo indipendente il passo nelle direzioni di X e Y, con velocità massima in X e Y di 20 mm/s;
- Possibilità di inclinazione della penna ottica in modo da poter analizzare campioni privi di superfici regolari orizzontali;
- Possibilità di utilizzo di più penne ottiche intercambiabili (anche acquisibili separatamente) che permettano di esplorare intervalli di misura in Z compresi tra 150 micron e 20 mm;

- Possedere una penna ottica in grado di esplorare un intervallo di altezze almeno fino a 1000 micron, con una distanza di 10 mm o superiore, accuratezza laterale di 2 micron, una risoluzione verticale Z come ripetitività con $Ra < 4 \text{ nm}$ e $Rz < 25 \text{ nm}$;
- Installazione e training per più utenti presso nostra sede.

ALLEGATO "B"

Spett.le
Dipartimento di GEOSCIENZE
Università degli Studi di Padova
Via Gradenigo n. 6
35131 - PADOVA (PD)

PEC - dipartimento.geoscienze@pec.unipd.it

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)
residente a _____ (_____)
(luogo)
in Via _____ n. _____
(indirizzo)
in qualità di _____ dell'impresa _____
(ragione sociale)

con sede legale in _____
partita iva _____, cod. fiscale _____

CHIEDE

di essere invitato/a alla procedura di gara negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di un 1 PROFILOMETRO RUGOSIMETRO OTTICO PORTATILE" del valore complessivo presunto di € 69.900,00 (sessantanovemilanovecento/00), iva esclusa,

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

che, per sé, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto a conoscenza, a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.⁽¹⁾, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

⁽¹⁾ – se si tratta di impresa individuale, del titolare e direttore tecnico;

- se si tratta di società in nome collettivo del socio e direttore tecnico;

- se si tratta di società in accomandita semplice dei soci accomandatari e direttore tecnico;

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza (ossia, nel caso di sistema di amministrazione tradizionale o monistico: Presidente del CdA, se legale rappresentante; Membro del CdA, se legale rappresentante; Amministratore Unico; Amministratore Delegato, se legale rappresentante, anche solo per determinate attività; Membro del Collegio Sindacale; Membro del Comitato per il Controllo sulla gestione; nel caso di sistema di amministrazione dualistico: del Membro del Consiglio di Gestione; del Membro del Consiglio di Sorveglianza;

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (es. institore, procuratore ad negotia, altro);

dei soggetti muniti di poteri di direzione (es. dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione o gestione dell'impresa);

dei soggetti muniti di poteri di controllo (es. revisore contabile, Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2006); direttore tecnico;

Oppure

(indicare eventuali circostanze diverse) che per sé sussiste:.....

.....
per quanto a conoscenza, a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sussiste (indicare nominativo, carica e condanna):

(Il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell'art.80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

.....
 che l'operatore economico non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door poichè concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economica) oppure dichiara quanto segue

che l'Operatore economico possiede i seguenti **requisiti di idoneità professionale** di cui alla manifestazione di interesse in oggetto (art. 83 del D.Lgs. 50/2016):
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di....., data di iscrizione....., n. R.E.A....., oggetto sociale.....;

Che l'impresa risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al Bando "Beni" - Categoria "Ricerca, Rilevazione Scientifica e diagnostica".

Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data _____

Firma del Rappresentante l'impresa

.....
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. A tal proposito si ricorda che, il Consiglio di Stato, nell'Adunanza Plenaria del 6/11/2013, n. 24, aveva chiarito che l'espressione "socio di maggioranza" di cui alla lett. b), lett. c) e lett. m-ter) dell'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, si intendeva riferita, oltre che al socio, persona fisica, titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci, persone fisiche, titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci, persone fisiche, sono tre, al socio, persona fisica, con partecipazione pari o superiore al 50%;